

Glosario de Términos más usados en Tomografía Computadorizada

Los continuos avances tecnológicos traen consigo términos nuevos que en su gran mayoría provienen del inglés, que aunque sea la lengua franca de hoy no es nuestro lenguaje común. Además, por razones comerciales de los diversos fabricantes, es frecuente que se utilicen términos distintos para expresar un mismo concepto o una misma cosa. Todo ello puede producir cierta confusión y malas interpretaciones entre los profesionales que usan esta técnica de exploración: radiólogos, físicos y técnicos de rayos. Es deseable disponer de forma unificada de una terminología y de una descripción del significado de los términos en castellano, para poder intercambiar ideas y conceptos de una manera más precisa en nuestro entorno.

Los términos están presentados por orden alfabético. Cuando hemos creído conveniente hemos añadido a continuación y entre paréntesis el término en inglés o las siglas del mismo.

El glosario que se presenta es una primera aproximación al asunto y está abierto a cualquier modificación que se considere oportuna por parte de los hablantes del idioma. La iniciativa de elaborar este glosario parte de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Imagen de Abdomen y por tanto debe de ser ésta quien decida sobre la incorporación al mismo de las sugerencias que se aporten, que agradecemos de antemano.

Algoritmo de reconstrucción	Procedimiento matemático usado para transformar los datos de rayos en una imagen. Se usan diferentes algoritmos para acentuar, realzar, mejorar o atenuar ciertos aspectos de los datos.
Anchura de ventana	El intervalo de los números TC existentes en la escala de grises seleccionada y que se muestra en la imagen en un monitor del equipo o en otro formato gráfico.
Anchura del detector	La distancia entre las dos caras opuestas de un detector en el eje z.
Ángulo del haz (fan angle)	El ángulo formado entre las líneas que van desde foco del tubo hasta los dos elementos más externos de la bandeja de detectores.
Apertura de la carcasa	Diámetro del hueco de la carcasa a través del cual se desplaza la camilla del paciente para efectuar los exámenes.
Artefacto	Discrepancias sistemáticas entre los números TC de la imagen reconstruida y los coeficientes de atenuación del objeto. A consecuencia de ello aparecen en la imagen elementos que no están presentes en el objeto explorado. Pueden ser debidos a múltiples causas: fallos del sistema, movimientos del paciente, efectos físicos como el endurecimiento del haz o por el uso de contrastes de alta atenuación o a alta concentración.
Artefacto por endurecimiento del haz	Artefacto que se observa en regiones anatómicas de alto contraste intrínseco cuando hay una gran atenuación del haz en

	una zona, como consecuencia de la presencia de hueso compacto u otros materiales muy absorbentes.
Atenuación	Reducción de la intensidad del haz de rayos al pasar a través de la materia. Es la resultante de todos los tipos de interacción entre la radiación y la materia.
Bandeja o fila de detectores (detector array)	Artículo donde se encuentran todos los detectores ensamblados, incluido el espacio entre ellos, a lo largo de un arco, o de un anillo centrado en el eje de rotación (z). En equipos multicorte hay varias bandejas adosadas, cuya anchura a lo largo del eje z en algunos equipos es uniforme y en otros es desigual.
Campo de exploración (scan field)	El diámetro del círculo que es enteramente cubierto por el haz de rayos X durante un examen y en el que se llevan a cabo las medidas de atenuación. El campo de visión (FOV) puede ser igual o menor que el campo de exploración.
Campo de visión (FOV)	Es el diámetro máximo de la imagen reconstruida.
Carcasa (gantry)	Estructura de un equipo de TC que contiene al menos el tubo de rayos X, los colimadores y la bandeja de detectores.
Carga del tubo (Q)	El producto de la intensidad de corriente del tubo (mA) por el tiempo de exposición expresado en mA·s. La dosis de radiación es directamente proporcional a este producto.
Coefficiente de atenuación lineal	La reducción relativa de la intensidad de la radiación por unidad de recorrido cuando un haz de fotones atraviesa un material absorbente. Para un haz de rayos X, policromático, el coeficiente de atenuación lineal "efectivo" se asocia con la energía efectiva del haz y depende de la densidad y número atómico del material.
Colimación del haz de rayos	Limitación geométrica del perfil del haz de rayos en el eje z (longitudinal). Es sinónimo del espesor de adquisición programado para realizar el estudio.
Contraste	Diferencia en la atenuación de dos zonas muy próximas. Puede expresarse en valores absolutos o relativos. Si se expresa relativamente se toma como referencia la escala agua-aire (1000 UH). En porcentaje es: $100 \cdot TC/1000$. TC: diferencia de números TC. Un contraste del 1% se corresponde con una diferencia en números TC de 10 UH.
Datos de rayos (raw data)	Los valores de la respuesta de los detectores desde todas las vistas y de todos los rayos de la exposición. Estos datos se procesan matemáticamente para producir una imagen TC.

Desplazamiento de mesa	En TC convencional es la distancia recorrida por la camilla entre cada corte. En TC helicoidal es la distancia recorrida por la mesa durante una rotación de 360° del tubo de rayos X.
Detector	El componente elemental e individual de una bandeja de detectores que produce una señal eléctrica o luminosa como respuesta a la estimulación por rayos X una vez que estos han pasado a través del objeto examinado.
Distancia entre cortes (interslice distance)	La distancia entre los márgenes nominales equivalentes de los cortes consecutivos. En TC convencional depende del desplazamiento de la mesa entre los cortes.
Distancia foco-eje	La distancia entre foco del tubo y el eje de rotación.
Dosis efectiva	Cantidad relacionada con el riesgo de inducción de cáncer o efectos genéticos por irradiación. Se usa para caracterizar en promedio el riesgo asociado con un examen. Definida como la suma de las dosis equivalentes ponderadas en todos los tejidos y órganos del cuerpo.
Dosis media en cortes múltiples (MSAD)	La dosis media (D) en el corte central de una serie de N cortes sucesivos de espesor T con una distancia constante I entre los cortes sucesivos.
Dosis órgano	Magnitud definida como la energía absorbida en un órgano particular del cuerpo humano dividida por la masa del órgano. Se expresa en sievert (Sv).
Efecto de volumen parcial	Se produce cuando dos o más áreas de diferente atenuación están incluidas en el mismo vóxel, lo que hace que el número TC del píxel asociado sea incorrecto enmascarándose los coeficientes de atenuación de cada una de esas estructuras. El efecto disminuye cuando se reduce el espesor de corte.
Eficiencia de los detectores	La relación entre el número de fotones de Rayos X detectados y el número de fotones que inciden en un detector.
Eje de rotación	Una línea en el espacio que comprende los centros de los círculos a lo largo de los que el tubo y los detectores se mueven alrededor del paciente durante una exploración. También eje z.
Espesor de la imagen	En los equipos multicorte el espesor de las imágenes mostradas puede escogerse retrospectivamente después de efectuada la adquisición de los datos de rayos mediante la combinación de los datos de las diferentes filas de detectores activadas.
Espesor efectivo de corte	Grosor efectivo de una sección tomográfica medida por la anchura a la mitad de la altura (FWHM) del perfil de sensibilidad en el centro del campo de exploración. En TC helicoidal el

	espesor efectivo de corte es sistemáticamente mayor que la colimación usada.
Espesor nominal de corte	Es el espesor de corte seleccionado para realizar el estudio, que se indica en la consola del operador. Es sinónimo de colimación del haz de rayos X en especial en adquisición corte a corte. En los equipos multicorte el espesor nominal de las imágenes mostradas puede escogerse prospectiva o retrospectivamente después de efectuada la adquisición de los datos de rayos.
Estabilidad	Mantenimiento en el tiempo de los valores de los números TC. Mantenimiento de la eficiencia de los detectores durante la adquisición de los datos.
Exposimetría automática	Dispositivo y programa informático que permite un ajuste automático de la corriente del tubo en función de las características anatómicas y de los tejidos del área explorada.
Extensión del examen	Es la longitud total de la región expuesta a la radiación durante un examen con TC.
Factor de paso (pitch factor)	Razón que se obtiene al dividir el desplazamiento longitudinal de la mesa de exploración, por cada rotación de 360° del tubo, entre el producto del número de cortes producidos en la rotación por el espesor nominal de corte.
Filtro de reconstrucción	Función matemática usada para la circunvolución de los perfiles de atenuación antes de la reconstrucción de la imagen de TC.
Fluoroscopia TC	Método que muestra imágenes de TC en tiempo casi real pues se reconstruyen varias imágenes por segundo y se muestran con un pequeño retraso.
Foco de rayos X (focal spot)	Área efectiva del ánodo del tubo desde la que se emite los rayos X. El tamaño del foco influye en la resolución espacial.
Función de modulación de transferencia (MTF)	Es una medida de cómo un sistema de imagen transfiere datos de contraste de la entrada (objeto) a la salida (imagen). Es una medida de la capacidad para reproducir una imagen que refleje con fidelidad el objeto explorado. Ofrece información sobre la capacidad de resolución espacial de un equipo. La función se determina con la transformada de Fourier. En el caso de la TC, las especificaciones se hacen usualmente en términos de pares de líneas por cm (lp/cm) al 50% y cerca del cierre (MTF= 2-5%). Hay que especificar los datos de adquisición y el objeto con el que se han realizado las medidas.
Inclinación de la carcasa	El ángulo entre la vertical y el plano que

	contiene el haz de rayos X y los detectores.
Índice de dosis de TC (CTDI)	
Índice de dosis de TC en aire (CTDI aire)	Es el valor del CTDI determinado en aire medido en el isocentro.
Índice de dosis de TC normalizado (CTDI normalizado)	La razón del CTDI medido y el valor de carga de tubo (mAs) aplicado para obtener la medida. Se expresa como valor absoluto (mGy/mAs) o en porcentaje (mGy/100 mAs). Esta magnitud caracteriza la capacidad de un equipo en términos de rendimiento de dosis de salida.
Índice de dosis de TC ponderado (CTDI ponderado)	Estimación de la dosis media sobre un único corte en un objeto de prueba dosimétrico:
Índice de dosis de TC-100	
Intensidad del haz	La cantidad de energía de radiación que fluye a través de una unidad de superficie en la unidad de tiempo.
Interpolación	Método matemático que permite mostrar las con un número de píxeles mayor que el que tenían cuando fueron reconstruidas originalmente. En TC helicoidal es el proceso matemático que permite obtener una imagen de una sección corporal a partir de un conjunto de datos que no se adquirieron en el plano en el que se muestra la imagen.
Linealidad	El grado en que un número TC de un material dado es proporcional a su coeficiente de atenuación.
Longitud del examen (scan length)	Es la longitud real de la región expuesta a la radiación durante un examen con TC. En función del factor de paso empleado puede ser igual a, o distinta de, la extensión del examen.
Matriz de reconstrucción	El conjunto de píxeles usados en la reconstrucción de la imagen ordenados en filas y columnas.
Matriz de visualización	La matriz de filas y columnas de píxeles en la imagen. Normalmente entre 512 x 512 ó 1024 x 1024 elementos.
Método de Montecarlo	Procedimiento mediante el que pueden estimarse las dosis recibidas en tejidos del cuerpo por medio de maniqués matemáticos y simulaciones del transporte de fotones de rayos X a través de ellos, aplicando el método matemático de muestreo aleatorio sobre distribuciones de probabilidad.
Nivel o centro de la ventana	Es el valor medio o central, en UH, de la ventana usada para visualizar una imagen reconstruida en el monitor del equipo o en otro formato gráfico.
Número TC (CT number)	Valor numérico del píxel como resultado de la reconstrucción de la imagen. Es una medida de las propiedades de atenuación del tejido incluido en el vóxel. Los valores se expresan

	en unidades Hounsfield (UH) de acuerdo a:
Objetos de prueba (phantom)	Son objetos de tamaño, forma y estructura variable que se usan para calibrar y evaluar el funcionamiento de los equipos de TC. Cuando remedan en su forma el cuerpo humano reciben el nombre de maniquies antropomórficos .
Perfil de dosis (dose profile)	Representación gráfica de la dosis como una función de la posición a lo largo de una línea perpendicular al plano tomográfico (eje z).
Perfil de sensibilidad	Es la respuesta relativa de un TC como sistema en función de posición a lo largo de una línea perpendicular al plano tomográfico. Se mide en torno al isocentro.
Píxel (picture element)	Término reducido de elemento de imagen (picture element). Es la representación en UH del valor medio de atenuación de un vóxel dentro del corte.
Producto dosis longitud (DLP)	Es una magnitud de dosis que se usa como indicador de la exposición total en un examen de TC, al relacionar el CTDI con la extensión espacial del estudio.
Proyección o vista	Cada una de las tomas de datos del conjunto de detectores. Del conjunto de las proyecciones se obtiene la imagen.
Radiografía de planificación	Imagen digital obtenida por traslación longitudinal del paciente durante una exposición de rayos X mientras el tubo está estacionario. Tiene un aspecto similar a una radiografía simple y se usa fundamentalmente para localizar la región que se va a examinar.
Rayo	El estrecho haz de rayos X que va desde el foco del tubo a cada detector dando lugar a una lectura por este. Cada vista o proyección está compuesta de numerosos rayos.
Realce	La administración de medios de contraste positivos mejora la visibilidad de estructuras de bajo contraste al aumentar la absorción de la radiación en los vasos o tejidos que contienen el material de contraste.
Región de interés (ROI)	Parte localizada de la imagen definida por el operador que tiene interés particular en un momento dado.
Relación señal /ruido (SNR)	Es la relación de la señal que contiene la información en la imagen con el ruido de la misma. La señal sería el número TC y el ruido la desviación estándar.
Resolución a bajo contraste	Define y mide la capacidad de discriminar entre estructuras con pequeñas diferencias entre sus coeficientes de atenuación. Depende del ruido estocástico y comúnmente se expresa como el menor tamaño detectable de un detalle discernible en la imagen para una diferencia dada de contraste entre el objeto y el fondo adyacente. Las

	especificaciones de los equipos deben incluir información sobre el contraste en porcentaje o en UH, el tamaño del detalle en mm, la dosis aplicada y el diámetro del objeto de prueba que se han usado para su medición.
Resolución de alto contraste	La capacidad para definir detalles en la imagen visualizada cuando la diferencia de atenuación entre los detalles y el fondo de la imagen es grande comparada con el ruido. Normalmente una diferencia correspondiente al menos a 100 UH se considera adecuada. Uno de los métodos de medida más usados se basa en el cálculo de la función de transferencia de modulación.
Resolución espacial	Es la exactitud en la medida de la variación espacial de los coeficientes de atenuación. Mide la mínima distancia a la que dos puntos del objeto pueden distinguirse en la imagen.
Resolución isotrópica	Las imágenes pueden visualizarse en cualquier plano con la misma resolución que las imágenes axiales debido a que la resolución longitudinal (eje z) es prácticamente idéntica a la del plano de corte (plano xy).
Retroproyección (back projection)	Procedimiento matemático para reconstruir la imagen de TC.
Ruido (noise)	Fluctuaciones aleatorias del valor estimado para el coeficiente de atenuación. La magnitud del ruido viene indicada por la desviación estándar de los números TC dentro de una región de interés (ROI) en la imagen de una sustancia homogénea, generalmente agua. Se expresa también como porcentaje relativo a la diferencia en números TC entre el agua y el aire (1000 UH). Incluye el ruido cuántico (fotónico), el ruido electrónico y el ruido de la reconstrucción. En la mayoría de las imágenes TC predomina el ruido cuántico.
Sobre exposición (overbeaming)	Es característico de los equipos multicorte. Cuando el número de cortes (N) que se obtienen simultáneamente es mayor de dos, para evitar los efectos de penumbra en los detectores extremos, la colimación del haz debe ser tal que su anchura sea mayor que N veces el espesor de corte seleccionado. Conlleva un aumento de la dosis al paciente, más elevada cuando se usan espesores de corte finos y mayor número de cortes.
TC espiral	Ver TC helicoidal.
TC helicoidal	Técnica de adquisición de datos en la que el tubo de rayos X gira de manera continua mientras se produce un desplazamiento longitudinal simultáneo de la mesa del paciente. También denominado TC espiral.
TC multicorte	Equipo de TC con varias bandejas de detectores, lo que permite la adquisición simultánea de más de un corte.

Tiempo de exploración	Intervalo de tiempo entre el comienzo y el final de la adquisición de los datos de rayos para una única exposición. En algunos equipos puede ser más largo que el tiempo de exposición debido a la emisión pulsada de rayos X.
Tiempo de exposición	El intervalo de tiempo durante el que se emite radiación y se adquieren todos los datos para la reconstrucción de las imágenes. En TC convencional el tiempo de exposición se refiere a cada corte individual; en TC helicoidal al tiempo total de adquisición de una secuencia.
Tiempo de rotación	El intervalo de tiempo necesario para que el tubo de rayos complete una vuelta de 360° alrededor del objeto de examen.
Unidades Hounsfield (HU)	Ver número TC.
Uniformidad	Consistencia de los números TC en la imagen de un material homogéneo a lo largo de todo el campo de exploración
Vóxel (volume element)	